



Prefeitura Cataguases <pregaocataguases@gmail.com>

Esclarecimento PE 47/2023

5 mensagens

Integratek Comercial <comercialintegratek@gmail.com>

19 de junho de 2023 às 11:50

Para: Prefeitura Cataguases <pregaocataguases@gmail.com>

Integratek Comercio de Eletroeletronicos LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº08.469.635/0001-44, sediada na [Rua Claudio Soares, 72 Andar 1 Conj 115](#) - Pinheiros - São Paulo CEP: 05.422-030 SP, vem perante Vossa Senhoria, solicitar esclarecimento do edital, conforme abaixo transcritos.

A Integratek interessada em participar da licitação Pregão Eletrônico 47/2023 que tem por objeto Registrar preços para futura e eventual contratação de empresas especializada em fornecimento de equipamentos para atender à Resolução SES/MG nº 6985/2019 para atender à Gestão da Vigilância Epidemiológica (imunização) da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Cataguases/MG, analisou as previsões do edital encontrando a dúvida a seguir exposto referente ao item 10 - Gerador:

Uma corrente nominal de um equipamento 280v trifásico é por volta de 38 amperes, 220v trifásico é 65 amperes. Gostaríamos de esclarecer qual trifásico é 220v ou 380v, sendo que 380v a corrente é 38 amperes.

Frente a todo o acima suscitado, requer que todas as questões sejam devidamente esclarecidas, no intuito de que o certame licitatório transcorra de forma cristalina e na melhor forma de direito.

São Paulo, 19 de junho de 2023

Att.,
Thalya Lopes
Integratek Comércio de Eletrônicos LTDA
(11) 96320-6902

Prefeitura Cataguases <pregaocataguases@gmail.com>

21 de junho de 2023 às 11:39

Para: secretaria saude <secsaudecataguases@gmail.com>

Bom dia!
Favor responder o questionamento apresentado no prazo de 24h.
Att.
Nilyê Oliveira

Prefeitura de Cataguases**Secretaria Municipal de Fazenda - Licitações e Contratos****(32) 3422-1066 Ramal 214, 219, 223 e 247**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Não contém vírus. www.avast.com**Prefeitura Cataguases** <pregaocataguases@gmail.com>

22 de junho de 2023 às 14:24

Para: secretaria saude <secsaudecataguases@gmail.com>, Diretoria Administrativa <diretoriasaudecataguases@gmail.com>

O
Prefeitura de Cataguases

Secretaria Municipal de Fazenda - Licitações e Contratos**(32) 3422-1066 Ramal 214, 219, 223 e 247**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Diretoria Administrativa <diretoriasaudecataguases@gmail.com>
Para: Prefeitura Cataguases <pregaocataguases@gmail.com>

29 de junho de 2023 às 13:18

----- Forwarded message -----

De: **Diretoria Administrativa** <diretoriasaudecataguases@gmail.com>
Date: sex., 23 de jun. de 2023 às 14:00
Subject: Re: Esclarecimento PE 47/2023
To: secretaria saude <secsaudecataguases@gmail.com>

O equipamento solicitado foi modelo trifásico, portanto, atende tanto 220v quanto 380v, ou seja, o equipamento deve atender qualquer uma das opções.

Att.

Jonas Souza

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Diretoria Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Cataguases
(32) 3429-2600

--

Diretoria Administrativa
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Cataguases
(32) 3429-2600

Prefeitura Cataguases <pregaocataguases@gmail.com>
Para: comercialintegratek@gmail.com

29 de junho de 2023 às 13:33

Olá boa tarde
Segue resposta da secretaria de saúde, qualquer dúvida estou a disposição.
Atenciosamente
Neimar Garcia
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]